ACCU-CHEK® Instant

Gudras idejas var būt vienkāršas

Mērītāja poga

Apgaismots ekrāns

Virs mērķa diapazona

Mērķa diapazonā

Zem mērķa diapazona

Micro USB pieslēgvieta

Teststrēmeles slots

Liels asins uzklāšanas laukums

Noklusējuma iestatījumi

8,9-33 mmol/L 3,8 - 8,9 mmol/L 0,56 - 3,8 mmol/L

Roche

Asins glikozes līmeņa mērīšana soli pa solim ar Accu-Chek® Instant mērītāju

Lancetes sagatavošana



Noņemiet vāciņu



Ievietojiet lanceti

Noņemiet sterilo vāciņu



Uzlieciet atpakaļ vāciņu



Izvēlieties dūriena dziļumu

Mērījuma veikšana ar Accu-Chek Instant

Nomazgājiet rokas

Ievietojiet teststrēmeli mērītājā

Kad parādās simbols, uzklājiet asinis

Nospiediet sagatavošanas pogu



Veiciet dūrienu pirkstā

Uzklājiet asinis uz teststrēmeles

Rezultāts parādīsies 4 sekunžu laikā

Nelietojiet lancetes atkārtoti*

* Šis simbols uz lancešu iepakojuma atbilst Eiropas Medicīnas ierīču direktīvai un norāda, ka lancetes ir vienreizlietojamas.

ACCU-CHEK®

P537_AccuChek_InstantHandling_Chart_Leave_behind_tearpad_A4_2_LV.indd 1 29/09/17 12:37

ACCU-CHEK® Instant

Sinhronizācija bez pūlēm:

Kā iestatīt datumu/laiku un sākt kopīgot datus

Bezvadu režīmā ar Accu-Check Connect lietotni

Lejupielādējiet Accu-Chek Connect lietotni

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Kad mērītājs ir izslēgts, **spiediet pogu**, kamēr uz ekrāna ieraugāt simbolus



Ejiet uz Iestatījumiem >> Galvenais >> Sapārot mērītāju. Izvēlieties 1. pogu

Ievadiet lietotnē 6-ciparu pin kodu

Mērītāja sapārošana ar lietotni automātiski iestatīs datumu, laiku un sinhronizēs standarta mērķa diapazonu



Ja vēlaties mainīt mērķa diapazonu, **ejiet uz Medicīnas dati >> Asins glikozes iestatījumi** un **pieskarieties AG mērķa diapazons**, lai ievadītu jaunu mērķa diapazonu

Izmantojot USB ar Accu-Chek Connect tiešsaistes diabēta kontroles sistēmu



Ejiet uz **accu-chekconnect.com**, lai izveidotu savu kontu



Kad konts ir izveidots, no Ierīces lapas **lejupielādējiet ierīces saiti**



Ar USB vadu pieslēdziet mērītāju datoram. Sistēma jautās, lai saskaņotu datumu un laiku, ja datorā un mērītājā tie atšķiras

Pierakstieties savā kontā, lai piesaistītu savu Accu-Chek Instant mērītāju un **atjauninātu mērķa diapazonus**



Kad ierīces dati ir augšupielādēti, programmatūra jautās lietotājam vēlamos asins glikozes mērķa diapazonus



Kad dati ir augšupielādēti, jūs varat tos analizēt uz nosūtīt pieprasījumu savam ārstam, lai dalītos ar saviem datiem

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT un ACCU-CHEK CONNECT ir Roche preču zīmes. Bluetooth® apzīmējums un logo ir reģistrētas Bluetooth SIG, Inc. preču zīmes, šo Roche preču zīmju izmantošana ir atļauta tikai ar atbilstošu licenci. © 2017 Roche Diabetes Care.

Roche

www.accu-chek.lv Bezmaksas informatīvais tālrunis 80008886
UBA"Roche Lietuva" Diabeto priežiura
J.Jasinskio g. 16 B , Vilnius, LT-03163

ACCU-CHEK®